

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

Zakup wyposażenia laboratoryjnego dla firmy MEDEOR PLUS Szpital Wielospecjalistyczny Marta Krajewska-Frankowska w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pn:

„Utworzenie Ośrodka Badań Molekularnych w celu świadczenia nowych usług analizy przyczyn wad rozwojowych, wpływających na jakość i długość życia”.

Nazwa osi priorytetowej i działania:

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

WARUNKI ZAMÓWIENIA

I : Informacje ogólne:

1. **Zamawiający** – MEDEOR PLUS Szpital Wielospecjalistyczny Marta Krajewska-Frankowska, ul. Ciesielska 8, 91-308 Łódź zaprasza do składania ofert w trybie zamówienia na **System do komputerowej analizy obrazu oraz Inwertoskop:**
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych.
3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na nowe lub używane urządzenie
4. W przypadku złożenia oferty na używane urządzenie, Oferent który wygra postępowanie, zobowiązany będzie do dostarczenia oświadczenia, że środek trwały nie był współfinansowany ze środków krajowych lub wspólnotowych
5. Rozliczenie za dostawę urządzeń nastąpi w PLN.
6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
7. Wszystkie osoby po stronie Zamawiającego, biorące udział w postępowaniu, zobowiązani są do złożenia oświadczenia o bezstronności.

II : Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnego systemu do komputerowej analizy obrazu oraz inwertoskopu:

System do komputerowej analizy obrazu – komplet 1

System umożliwiający badanie kariotypu pacjentów za pomocą metod cytogenetyki klasycznej i molekularnej oraz komputerową analizę obrazu mikroskopowego i jego rejestrację

Minimalne parametry techniczne:

- nowoczesny binokularowy mikroskop badawczy, z możliwością pracy we fluorescencji, z obiektywem do fluorescencji (100x) i co najmniej dwoma wysokiej jakości obiektywami (10x i 100x) zwykłymi oraz kamerą umożliwiającą przesyłanie obrazu o wysokiej jakości z mikroskopu do komputera w celu jego obróbki i rejestracji. Mikroskop powinien być wyposażony w zestaw filtrów umożliwiających odczyt i rejestrację sygnałów z poszczególnych znaczników fluorescencyjnych (DAPI, DEAC/Spectrum Aqua, Texas Red, Spectrum Orange, FITC/Spectrum Green, Cy5). Powinien umożliwiać pracę w kontraście fazowym. Okulary mikroskopu powinny być regulowane w dwóch osiach.
- nowoczesny binokularowy mikroskop badawczy z dwoma obiektywami (10x i 100x) i kamerą umożliwiającą przesyłanie wysokiej jakości obrazu do komputera w celu jego obróbki i rejestracji. Okulary regulowane w dwóch osiach.
- oprogramowanie (z pełną licencją) do zbierania, obróbki i dokumentacji obrazu podczas badania kariotypu
- oprogramowanie (z pełną licencją) do zbierania, obróbki i dokumentacji obrazu uzyskanego techniką fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH)

Każde stanowisko mikroskopowe powinno być wyposażone w osobny komputer i monitor do niezależnej pracy. Komputery przy mikroskopach powinny być połączone z komputerem zawierającym bazy danych, umożliwiające prowadzenie dokumentacji wyników badań.

Inwertoskop – szt. 1

Minimalne parametry techniczne:

(mikroskop odwrócony) – górnostolikowy, stosowany podczas obserwacji próbek i hodowli komórkowych przy powiększeniach od 10x do 100x.

III: Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu, jest udzielenie gwarancji na zakupione urządzenie na minimum 12 miesięcy, co deklaruje Dostawca w formularzu ofertowym.
2. Zapewnienie odpowiedniej jakości urządzenia, serwisu w miejscu realizacji projektu oraz terminu realizacji zamówienia.
3. urządzenie musi spełniać normy CE

IV: Sposób obliczenia ceny ofertowej:

1. Cena ofertowa powinna zawierać wszelkie koszty związane z zakupem urządzenia.
2. Cenę należy podać cyfrowo i słownie, wykazując kwotę netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto.

V: Kryteria oceny ofert oraz ich opis:

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium :

- cena – 80%

- gwarancja – 20%

2. Punkty obliczone zostaną wg następującego wzoru:

cena

$$Pb(C) = (Cn : Cb) \times 80\%$$

- opis:

Pb(C) - ilość punktów

Cn - cena oferty najniższej

Cb - cena oferty badanej

Gdzie:

1% odpowiada jednemu punktowi przyjętemu do oceny.

gwarancja

Gwarancja do 12 m-cy - 10 pkt

Gwarancja powyżej 12 m-cy – 20 pkt

3. Do oceny przyjmuje się całkowitą cenę zamówienia brutto.

VI: Termin wykonania zamówienia:

1. Dostawa urządzenia powinna nastąpić nie później niż do końca września 2015 roku

VII: Sposób przygotowania ofert:

1. Ofertę na poszczególne urządzenia należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 z zastosowaniem informacji zawartych w „informacji o zamówieniu”.
2. Oferta musi być złożona w języku polskim lub angielskim
3. Oferta musi posiadać logotypy, które zamieszczone są w Załączniku nr 1.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby reprezentujące firmę, zgodnie z dokumentem rejestrowym i przepisami prawa.
5. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty, muszą być podpisane za zgodność z oryginałem w sposób czytelny.
6. W przypadku dołączenia do oferty nieczytelnej kopii, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu.
7. oferty składane w walutach obcych zostaną przeliczone na PLN wg kursu sprzedaży NBP na dzień otwarcia ofert na potrzeby wyboru oferenta. Dla potrzeb fakturowania na dzień ich wystawienia.

VIII: Miejsce i termin składania ofert oraz termin ich otwarcia:

1. Oferty należy składać osobiście w siedzibie firmy MEDEOR PLUS Szpital Wielospecjalistyczny Marta Krajewska-Frankowska, ul. Ciesielska 8, 91-308 Łódź do dnia 10.07.2015 r. do godz. 16.00, pocztą (liczy się data otrzymania) lub na adres emailowi dotacje@medeor.pl
2. Zamawiający może żądać od potencjalnych Dostawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.

IX: Termin związania ofertą:

60 dni

X: Informacje końcowe:

1. Osobą udzielającą informacji na temat niniejszego zamówienia jest Pan(i) Marta Krajewska-Frankowska Tel. 42 6115370
2. W razie stwierdzenia nieprawdziwych danych zawartych w przedłożonej ofercie, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, Zamawiający ma prawo wykluczyć daną ofertę.
3. Umowa na dostawę sprzętu powinna zawierać następujące informacje:
 - do projektu o nazwie: „Utworzenie Ośrodka Badań Molekularnych w celu świadczenia nowych usług analizy przyczyn wad rozwojowych, wpływających na jakość i długość życia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość;
Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków niniejszego zamówienia a także unieważnienia postępowania.

Załączniki:

Zał. nr 1 – formularz ofertowy

Miejscowość i data.

Łódź 26.06.2015